

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К ТЕНДЕРУ ПО ЗАКУПУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ (РЕАГЕНТОВ) НА 2020 год

г.Петропавловск

26 февраля 2020 г.

К рассмотрению представлены тендерные заявки, технические спецификации следующих потенциальных поставщиков:

1. ТОО «Ордамед» г.Петропавловск, ул.Чкалова, д. 48, оф. 222, +7 7152 50 02 72
2. ТОО «Альянс» г Усть-Каменогорск, ул. Красина 12/2, +/ 7232 742-000, 742-006
3. ТОО «ДиАКиТ» г. Караганды , Октябрьский район, микрорайон 19 , строение 40 «а » +7 7212 378602
4. ТОО «Тех-Фарма» г.Петропавловск, ул.Назарбаева, 327, (7152)50-20-96

При проведении работы по определению соответствия тендерной документации, предлагаемой потенциальными поставщиками по закупке: «Медицинских изделий по Лотам №1-115», организатором закупа которой выступает КГП на ПХВ «Областная больница» установлено следующее:

ТОО «Ордамед»:


Представленная техническая спецификация по Лоту №1 Тест-полоски-в упаковке №150 для Анализатора мочи LabUReader plus соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.

ТОО «Альянс»:

По лотам №11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 50, 58 в представленной документации в разделе ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ отсутствуют технические спецификации. На инструкциях по медицинскому применению изделий медицинского назначения номера лотов прописаны простым карандашом. Представленные лоты не соответствуют требованиям технической спецификации тендерной документации.

ТОО «ДиАКиТ»

1. Лот №40 Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови (УФ-метод, без



- пиридоксаль-5-фосфата). для биохимического анализатора StarDust MC15- соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
2. **Лот №41** Набор реагентов для определения активности **аспартатаминотрансферазы (АСТ)** в сыворотке крови (УФ-метод, без пиридоксаль-5-фосфата). для биохимического анализатора StarDust MC15- соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
 3. **Лот №42** Набор реагентов для ферментативного определения **мочевины** в биологических жидкостях УФ-методом. для биохимического анализатора StarDust MC15- соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
 4. **Лот №43** Набор реагентов для определения **креатинина** в биологических жидкостях. для биохимического анализатора StarDust MC15- соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации.
 5. **Лот № 77 АЛЬБУМИН** для анализатора биохимических-турбидиметрический ВА400 10x60мл t+2 +8 С. ИСПАНИЯ, BioSystems S.A.- не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.
 6. **Лот № 78 АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА** для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400 8x60мл+8x15мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. - не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности.
 7. **Лот № 79 АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ** для анализатора биохимических-турбидиметрический ВА400 8x20мл t +2 +8 С, ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части чувствительности.
 8. **Лот № 80 АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА** для анализатора биохимический -турбидиметрический ВА400 8x60мл+8x15мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A.- не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические

Реш

характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности.

9. **Лот № 83 ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 4x60мл+4x15мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.
10. **Лот № 85 ГЛЮКОЗА** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 10x60 мл t +2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.
11. **Лот №87 КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 10x60 мл +2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части чувствительности.
12. **Лот №88 КРЕАТИНИН** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 5x60мл+5x60мл t +2 +30 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.
13. **Лот №90 МОЧЕВАЯ КИСЛОТА** для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400 10x60мл t +2 +8. ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части реагенты и чувствительность.
14. **Лот № 91 МОЧЕВИНА** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 8x60мл +8x15мл t +2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A. не соответствует требованиям технической

Вин

спецификации тендерной документации. Отсутствуют данные о наличии баркода на каждом флаконе. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.

15. Лот № 92 **ТРИГЛИЦЕРИДЫ** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Отсутствуют данные о наличии баркода на каждом флаконе. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части чувствительности.
16. Лот № 93 **ХОЛЕСТЕРИН** для анализатора биохимический - турбидиметрический ВА400 10х60мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Отсутствуют данные о наличии баркода на каждом флаконе. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части чувствительности.
17. Лот № 94 **ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП** для анализатора биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С ИСПАНИЯ, BioSystems S.A., не соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации. Технические характеристики по представленной инструкции по медицинскому применению изделия медицинского назначения не соответствуют с запрашиваемой технической спецификацией в части линейности и чувствительности.

ТОО «ТЕХ-ФАРМА»

Представленная техническая спецификация соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации по Лотам №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111.

Эксперт



С.В. Сахарова