

## **Экспертное заключение**

по закупке медицинской техники по Лотам:

Лот №1 – Аспиратор медицинский в комплекте

Лот №2 – Отсасыватель медицинский дренажный

Лот №3 – Отсасыватель медицинский с педалью

Лот №4 – Отсасыватель медицинский

**27 августа 2021 года**

### **По Лоту №1:**

#### **ТОО «ОрдаМед Петропавловск»**

Заявленный аспиратор для медицинских целей CHS-708, JW BIO SCIENCE CORPORATION, Республика Корея соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

#### **ТОО ««Intermedica -NS»**

Заявленный аспиратор медицинский в комплекте New Hospivac 400, CA-MI srl, Италия соответствует требованиям технической спецификации Заказчика и признан экспертом лучшим:

- в части функциональности (широкий предел регулировки потока воздуха),
- качественная хар-ка (корпус изготовлен из толстостенного крепкого материала, вакуумный насос более мощный)
- техническая характеристика (все составляющие аспиратора закреплены дополнительными фиксирующими узлами для прочности).

### **По Лоту №2:**

#### **ТОО «SM Global.kz»**

Заявленный Портативный вакуумный аспиратор для торакального дренажа Drentech Mobile Redline, Redax S p. A., Италия не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части функциональности (однобаночная система).

#### **ТОО ««Intermedica -NS»**

Заявленный отсасыватель медицинский дренажный New Askir 20, CA-MI srl, Италия не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика в части функциональности (однобаночная система).

#### **ТОО «Теникс»**

Заявленный отсасыватель медицинский В-40А в комплекте, НП ООО «Висма-Планар», Беларусь соответствует требованиям технической спецификации Заказчика и признан экспертом лучшим.

### **По Лоту №3**

#### **ТОО ««Intermedica -NS»**

Заявленный отсасыватель медицинский с педалью New Hospivac 350, CA-MI srl, Италия соответствует требованиям технической спецификации Заказчика и признан экспертом лучшим по функциональным и качественным характеристикам.

#### **ТОО «Теникс»**

Отсасыватель медицинский В-80 с педалью, НП ООО «Висма-Планар», Беларусь соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

### **По Лоту №4**

#### **ТОО ««Intermedica -NS»**

Заявленный отсасыватель медицинский New Hospivac 350, CA-MI srl, Италия

не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика и признан экспертом  
лучшим по функциональным и качественным характеристикам.  
ТОО «Теникс»  
Заявленный отсасыватель медицинский В-80, НТ ООО «Висма-Литнар», Беларусь  
соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

Эксперт:

Монзольевский В.Р.

27.08.27.