

## Экспертное заключение

по закупу медицинской техники по Лотам:

Лот №1 - Видеоэндоскопический комплекс в комплекте с принадлежностями

Лот №2 – Облучатель бактерицидный

Лот №3 – Светильник операционный потолочный

9 марта 2022 года

### По Лоту №1:

#### ТОО «Atlant MT»

Заявленный Уретероскоп из состава Видеоэндоскопический комплекс для урологии и гинекологии с принадлежностями, Olympus Medical System Corp., Япония соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

### Лот № 2

#### ТОО «КазахМедИмпорт»

Заявленный Облучатель ультрафиолето-вый бактерицидный с регулируемым экраном ОБН 150-РЭ, ТОО «КазахМедИм-порт», Казахстан соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

#### ТОО «Братья Азизляр ИКО»

Заявленный Облучатель бактерицидный ОБН-150Т ЗАО Ультрамедтех, Беларусь соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

### Лот №3

#### ТОО «Гелика»

Заявленный Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием двухблочный Эмалед 500/300, ЗАО «Завод Эма», Россия не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (превышает требование потребляемая мощность 250 Вт).

#### ТОО «Братья Азизляр ИКО»

Заявленный Светильник операционный потолочный двухкупольный ЭМАЛЕД 500/500 ЗАО Завод ЭМА, Россия не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (ресурс источника света 30 тыс. часов, превышает требование потребляемая мощность 200 Вт).

#### ТОО «РиХ»

Заявленный Операционный потолочный светодиодный светильник Honey Lux LED 160RK+120RK «JW Bio Science Corporation», Республика Корея соответствует требованиям технической спецификации Заказчика

Эксперт:



МонзOLEVский В.Р.