

Экспертное заключение

по закупу медицинской техники по Лотам №1-7

6 мая 2022 года

Лот №1 - Ректоскоп для взрослых в комплекте

ТОО «РиХ»:

Заявленный Тубус ректоскопа 20мм.30 см. KARL STORZ SE & Co KG Германия, соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

Лот №2- Медицинский компрессор для использования с аппаратами неинвазивной вентиляции:

ТОО «Satory KZ»

Заявленный Медицинский компрессор DK 50 DE advanced для использования с аппаратами неинвазивной вентиляции лёгких. Ekom, Словакия соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

ТОО «VITA KZ»

Заявленный Компрессор медицинской подачи сжатого воздуха-Ekom DK. Ekom, Словакия не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не точные технические характеристики).

ТОО «ATLAS MEDICAL TRADE»

Заявленный Медицинский компрессор DK 50 DE advanced для использования с аппаратами неинвазивной вентиляции лёгких. Ekom, Словакия, соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

ТОО «MedService Point»

Заявленный Медицинский компрессор для использования с аппаратами неинвазивной вентиляции Ecom DK50 DS, ECOM SPOL. S.R.O., Словакия, соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

Лот № 3- Дефибриллятор

ИП «Боевая классика»

Заявленный Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «Аксион», Россия соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

ТОО «VIVA-Мастер»

Заявленный Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН», ООО Концерн Аксион, не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не точные технические характеристики).

ТОО «ОрдаМед Петропавловск»

Заявленный Дефибриллятор серии PRIMEDIC, модель: DEFI-B (M110) Metrax GmbH ГЕРМАНИЯ соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

Лот №5 – Весы электронные медицинские:

ТОО «Братья Азизляр ИКО»

Заявленные Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200 АО «ТВЕС», Россия соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика.

Лот №6-Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом:

ТОО «DEMEU TRADING»

Заявленный Высокопоточный дыхательный увлажнитель с подогревом O2FLO VINCENT MEDICAL MANUFACTURING CO., LIMITED, Гонконг не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не точные технические характеристики).

Лот №7 - Портативный прибор низкочастотной электротерапии

ТОО «Satory KZ»

Заявленный Прибор низкочастотной электротерапии Радиус модель Радиус-01, ООО "КЛЭР", Беларусь не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не точные технические характеристики).

ТОО «Братья Азизляр ИКО»

Заявленный Портативный прибор низкочастотной электротерапии Радиус-01, ООО КЛЭР, Беларусь соответствует требованиям технической спецификации.

Эксперт:



Монзолеевский В.Р.