

Экспертное заключение
по закупу медицинской техники по Лотам №1-2

8 июня 2022 года

Лот №1- Инфузионный шприцевой насос.

ТОО «BM Medical»

Заявленный «Шприцевой насос, варианты исполнения: НК-400, НК-400I, НК-400II. Производитель: Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd., Китай», не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не точные технические характеристики, не указан размер графического дисплея, не соответствует вес и габарит).

ТОО «Гелика»

Заявленный «Перфузор компакт плюс (Perfusor® Compact Plus), Производитель: B.Braun Melsungen AG; Германия», не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не соответствует вес и габарит).

ИП «GroMax»

В заявке не указана модель. «Шприцевой насос варианты исполнения: НК-400, НК-400I, НК-400II». Производитель: Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd., Китай», не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не соответствуют заявленные параметры аккумуляторной батареи, что снижает эффективность работы инфузионного шприцевого насоса).

ТОО «QazMed Leasing»

Заявленный «Шприцевой насос, варианты исполнения MP-30 A. Производитель: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай.», соответствует требованиям технической спецификации Заказчика.

ТОО «Компания Коктау»

Заявленный «Перфузор компакт плюс (Perfusor® Compact Plus), Производитель: Браун Мелсунген АГ, Германия» не соответствует требованиям технической спецификации Заказчика (не соответствует вес и габарит).

Эксперт:



Монзолевский В.Р.